



군 산 시



수신 자동심장충격기 설치기관
(경유)

제목 2024년 자동심장충격기 현장점검안내 및 자체점검표 제출 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련: 「응급의료에 관한 법률」 제47조의2 및 동법 제50조,
전북특별자치도 보건의료과-12232(2024. 8. 6.)
3. 심정지 등 응급상황 발생 시 신속한 대응을 위해 설치된 자동심장충격기 설치기관에 대하여 「2024년 자동심장충격기 정기점검」을 실시하고자 합니다. 자동심장충격기 설치기관 중 **중점점검대상(현장점검예정)**이고, 그 외 시설은 **서면점검** 대상으로 불임의 점검표에 따라 점검 후 **2024. 10. 25.(금)까지 전자우편(choo4370@korea.kr 또는 팩스(063-454-6037)로 제출**하여 주시기 바랍니다.
4. 자동심장충격기 설치기관에서는 **세부점검내용**을 확인하시어, 점검에 대비하여 주시기 바랍니다.
 - 가. 서면점검
 - 1) 서면점검일정: 2024. 9. 23.(월)~ 11. 15.(금)
 - 2) 제출방법: 전자우편 제출 또는 팩스제출(063-463-1470) 택 1
 - 3) 점검내용: 관리책임자 지정 및 월1회 자체 점검 여부 등(**불임1참고**)
 - 나. 현장점검
 - 1) 현장점검 일정: 2024. 9. 23.(월)~ 11. 15.(금)
 - 2) 점검대상: 중점점검대상 49개소(**불임2참고**)
 - 3) 점검내용: 자동심장충격기 설치 및 적정 관리 여부
 - (AED 설치현황) 설치·신고 대수, 안내판 설치 여부 등
 - (정상작동 여부) 건전지 충전상태, 패드 사용 가능 여부 등
 - (자체점검 여부) 설치기관의 매월 자체 점검 현황 점검
 - (관리 책임자) 지정 여부 및 교육 이수 현황 등
5. 아울러, 점검 결과 미설치(미신고), 정상 작동 하지 않는 기기의 배치 등에 대해서는 행정처분이 가능하오니 철저히 관리하여 불이익을 받는 일이 없도록 협조 바라며 자동심장충격기 점검 방법 및 사용방법을 **군산시보건소 홈페이지(알림마당-건강동영상)**에 게시하였으니 숙지하여 주시기 바랍니다.

- 불임
1. 자동심장충격기 점검표 1부.
 2. 중점점검 대상목록 1부. 끝.

군 산 시



주무관

추복음

주무관

최승열

보건행정과장

전결 2024. 9. 20.

김현

협조자

시행 보건행정과-15763

(2024. 9. 20.)

접수

우 54078 전북특별자치도 군산시 수송동로 58

/ www.gunsan.go.kr

전화번호 063-454-4934

팩스번호 063-463-1470

/ choo4370@korea.kr

/ 비공개(6)